

## KTSU-UTRUSTNING LABORATORIUM /S

### ALLMÄNT

#### OBS

#### Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M8398-101010 KTSU-UTR LAB /S	Aktas:9	Klapp	Orig	Tluft:9	6mån	T	0

### Särskilda riktlinjer

#### Hantering och transport

Kemikalier ingående i KTSU KEMIKALIER /S hanteras och transporteras enligt gällande bestämmelser

#### Förvaringsmetod

Kemikalier förvaras enligt gällande bestämmelser

### Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

#### Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Daglig och särskild tillsyn	M7782-024432 MVSCHDS KTSU LAB
Grundtillsyn	M7782-024431 MVSCHG KTSU LAB

## Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-047111 IBOK KTSU-UTR LAB

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

#### Allmänt

**WARNING**  
Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt.  
Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig  
utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig  
påverkan.

Vårda enligt materielvårdsschema Daglig och särskild tillsyn

### Förrädsställning

Ta ur batterier ur materielen

Ladda batterier till KTSU LEDLAMPOR /S och SYSTEMKAMERA /S för att förhindra fullständig urladdning.

Koppla från batteri i KRAFTAGG UPS 1500VA

### Torrluftåtgärder

Öppna transportemballage och väskor på glänt för att erhålla god luftcirkulation

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

#### Varje 2 mån

Kör en FÖRRÅDSKASSETT i MÄTUTRUSTNING 4

#### Varje 6 mån

Ladda batterier till KTSU LEDLAMPOR /S och SYSTEMKAMERA /S för att förhindra fullständig urladdning.

## **ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING**

### **Åtgärder i fredstid**

Utför särskild tillsyn

### **Åtgärder vid insats**

Utför särskild tillsyn