

EKG-APPARATER

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Defibrill/Kard 1	Akta	Klapp	Orig	Tluft	4	TB	Cvst
EKG-apparat 3	Akta	Klapp	Orig	Tluft	4	TB	Cvst
Kardioskop 1-kan	Akta	Klapp	Orig	Tluft	4	TB	Cvst

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Vårdpublikationer	F-bet/F-ben (länkade)
Gummi, plast, färg	M7782-122001 GUMMI GEMENS M7782-122002 TÄTNINGSELEMENT M7782-122101 PLAST GEMENS
Apparater	M7782-142001 APPARATER GEMENS

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrådsställning

- Före tillsyn skall behovet av översyn vid huvudverkstad kontrolleras.
- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslista.
- Kontrollera gummi- och plastdetaljer enligt MVSCHF 2.
- Packa materielen och VPI- behandla enligt anvisningarna i M7782-142001 APPARATER GEMENS.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

Kontroll vid verkstad enligt kontrollnorm.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid mobilisering

Ingen central riktlinje.