

LJUDNIVÅMETER

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3676-117010	LJUDNIVÅMETER 1
M3676-117020	LJUDNIVÅMETER 1B

Vårdbestämmelser

För information om det aktuella underhållsobjektet se referenser.

GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år om inget annat anges)
GT 2	=	Tillägg till GT 1 (utförs vart annat år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning (utför GT 1)
Pos	=	Positionsnummer

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Referenser

För respektive materiel gällande instruktioner, användarmanual, servicemanual, instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok eller motsvarande.

Normtabell

Vårdmarkering	Vårdpersonal	Vårdinstans
9	T:9	Cvst

Särskilda riktlinjer

Vårdmarkering

Vårdmarkering utförs enligt Cvst drifthandbok.

Vårdpersonal

Endast auktoriserad tekniker får utföra servicen.

Tillsyn

Pos	GT		System/komponent	Se Ref	Omfattning/felyttring
	1	2			
1	x		Tillbehörs-/Satslista		Kontrollera materielens befintlighet
2	x		Samtlig materiel enligt TL/SL		Kontrollera märkning
3	x		Samtlig materiel enligt TL/SL		Okulärbesiktning skador
4	x		Kalibrator		Kalibrering ^a
5		x	Instrument		Kalibrering ^a
6	x		Vårdmarkering		Utför

^a Om resurs och kompetens finns på Cvst genomförs grundtillsyn enligt procedur överenskommen med leverantör och i överensstämmelse med gällande kvalitetssystem. Alternativt kan materielen av Cvst sändas till extern leverantör för tillsyn.

Protokoll

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

F-bet / F-ben

Utförandeinstans: _____

Ansvarig: _____

Datum: _____

Signatur: _____

Intygsutfärdare för materiel som omfattas av RML:

Datum: _____

Signatur: _____

Pos	Kontroll	Krav	Resultat	Anm
1	Tillbehörs-/Satslista	UA		Ifyllt protokoll från extern leverantör/Cvst skall arkiveras. Ange i protokollet den testutrustning som använts. Referens: ^b _____
2	Märkning	UA		
3	Skador	UA		
4, 5	Grundtillsyn hos extern leverantör/Cvst	UA		
		Protokoll		
6	Vårdmarkering	Utförd		

^b Om flera protokoll finns, anteckna dessa under övriga kommentarer och tillägg.

Övriga kommentarer och tillägg:
