

MEDICINTEKNISK UTRUSTNING ANESTESI 2 /S

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8282-803110	MEDTEK UTR ANE 2 /S

Allmänt

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Daglig tillsyn

Före användning

- Transportlåda Kontroll renhet, skador, läsbarhet märkning, fastsättning och funktion.
- Förbrukningsmateriel Kontroll renhet, skador och utgångsdatum. Ersätt utgången förbrukningsmateriel.
- M7838-401030 BLODTRYCKSMÄT 3 Se M7782-701412 MVSCHD BLODTRYCKSM.
- BLODTRYCKSMÄT 9 Se M7782-701412 MVSCHD BLODTRYCKSM.
- M7858-197010 SPRUTPUMP Se M7782-701002 MVSCHDS SPRUTPUMP.
- M7838-554110 ÖVERVAKMON MINDRE Se M7782-700572 MVSCHDS ÖVERVAKNMON.
- M2511-989310 BATTLADD ÖVAKMON Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
- M7835-315010 VENTILATOR 10 Se M7782-700912 MVSCHDS VENT LTV.
- M7869-677010 BLODVÄTSKE MINDRE Se M7782-700972 MVSCHD BL/ VÄTSKEV.
- M7838-264110 BLODANALYSINSTR Se M7782-700102 MVSCHDS BLODANALYS.
- M7838-537110 KAPNOGRAF Se M7782-701312 MVSCHD KAPNOMETER.

- M7858-198010 VOLYPUMP Se M7782-701012 MVSCHDS VOLYPUMP.
- M7840-332010 BORRM
INTROSS NÅL Se M7782-018062 MVSCHD BORRM
INTR N.
- M7849-306010
LARYNGOSKOP FIBEROP Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM
ALLM.
- Övrig materiel Kontroll renhet, skador, funktion.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- M7858-197010 SPRUTPUMP Se M7782-701002 MVSCHDS
SPRUTPUMP.
- M7838-554110 ÖVERVAKMON Se M7782-700572 MVSCHDS
MINDRE ÖVERVAKNMON.
- M7835-315010 VENTILATOR Se M7782-700912 MVSCHDS VENT LTV.
10
- M7869-677010 BLODVÄTSKE Se M7782-700972 MVSCHD BL/
MINDRE VÄTSKEV.
- M7838-264110
BLODANALYSINSTR Se M7782-700102 MVSCHDS
BLODANALYS.
- M7838-537110 KAPNOGRAF Se M7782-701312 MVSCHD
KAPNOMETER.
- M7858-198010 VOLYPUMP Se M7782-701012 MVSCHDS
VOLYPUMP.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Sats Inventering enligt M7777-716280 SL F
M8282-803110.
- Förbrukningsmateriel Ersätt förbrukad förbrukningsmateriel.
- M7838-401030
BLODTRYCKSMÄT 3 Se M7782-701412 MVSCHD
BLODTRYCKSM.
- BLODTRYCKSMÄT 9 Se M7782-701412 MVSCHD
BLODTRYCKSM.
- M7858-197010 SPRUTPUMP Se M7782-701002 MVSCHDS
SPRUTPUMP.
- M7838-554110 ÖVERVAKMON Se M7782-700572 MVSCHDS
MINDRE ÖVERVAKNMON.
- M2511-989310 BATTLADD Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM
ÖVAKMON ALLM.

- M7835-315010 VENTILATOR 10 Se M7782-700912 MVSCHDS VENT LTV.
- M7869-677010 BLODVÄTSKE MINDRE Se M7782-700972 MVSCHD BL/VÄTSKEV.
- M7838-264110 BLODANALYSINSTR Se M7782-700102 MVSCHDS BLODANALYS.
- M7838-537110 KAPNOGRAF Se M7782-701312 MVSCHD KAPNOMETER.
- M7858-198010 VOLYPUMP Se M7782-701012 MVSCHDS VOLYPUMP.
- M7840-332010 BORRM INTROSS NÅL Se M7782-018062 MVSCHD BORRM INTR N.
- M7849-306010 LARYNGOSKOP FIBEROP Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
- Övrig materiel Kontroll renhet, skador, funktion.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Allmänt Förvaring av packad sats enligt förvaringsmetod angiven på satsens transportlåda.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.
- M7838-401030 BLODTRYCKSMÄT 3 Se M7782-701412 MVSCHD BLODTRYCKSM.
- BLODTRYCKSMÄT 9 Se M7782-701412 MVSCHD BLODTRYCKSM.
- M7858-197010 SPRUTPUMP Se M7782-701002 MVSCHDS SPRUTPUMP.
- M7838-554110 ÖVERVAKMON MINDRE Se M7782-700572 MVSCHDS ÖVERVAKNMON.
- M2511-989310 BATTLADD ÖVAKMON Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
- M7835-315010 VENTILATOR 10 Se M7782-700912 MVSCHDS VENT LTV.
- M7869-677010 BLODVÄTSKE MINDRE Se M7782-700972 MVSCHD BL/VÄTSKEV.
- M7838-264110 BLODANALYSINSTR Se M7782-700102 MVSCHDS BLODANALYS.
- M7838-537110 KAPNOGRAF Se M7782-701312 MVSCHD KAPNOMETER.

- M7858-198010 VOLYPUMP Se M7782-701012 MVSCHDS VOLYPUMP.
- M7840-332010 BORRM
INTROSS NÅL Se M7782-018062 MVSCHD BORRM
INTR N.
- M7849-306010
LARYNGOSKOP FIBEROP Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM
ALLM.
- Batterier övrig materiel Demontering.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Anm

Kontrollera att vårdintervallen i detta materielvårdsschema stämmer med aktuell utgåva av angivna materielvårdsscheman.

Varje månad

1. M7838-554110 ÖVERVAKMON Se M7782-700572 MVSCHDS
MINDRE ÖVERVAKNMON.
2. M7835-315010 VENTILATOR Se M7782-700912 MVSCHDS VENT LTV.
10
3. M7838-264110 Se M7782-700102 MVSCHDS
BLODANALYSINSTR BLODANALYS.
4. M7858-198010 VOLYPUMP Se M7782-701012 MVSCHDS
VOLYPUMP.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varannan månad

5. M7835-315010 VENTILATOR Se M7782-700912 MVSCHDS VENT LTV.
10

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst var 3:e månad

6. M7858-197010 SPRUTPUMP Se M7782-701002 MVSCHDS
SPRUTPUMP.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 6:e månad

- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| 7. | M7838-264110
BLODANALYSINSTR | Se M7782-700102 MVSCHDS
BLODANALYS. |
|----|---------------------------------|--|

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 8. | M2511-989310 BATTLADD
ÖVAKMON | Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM
ALLM. |
| 9. | M7849-306010
LARYNGOSKOP FIBEROP | Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM
ALLM. |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER