

SUPPORTCONTAINER 20 FOT HELIKOPTER MEDEVAC

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-553011	SUPCO20 HKP M RFR/T

Vårdbestämmelser

För underhållsintervall se underhållsplan TO UF BASMTRL 300-015005.

Grundtillsynen är indelad i följande delar:

- GT1 = Statusbedömning (genomförs var 12:e månad)
- GT2 = Egenkontroll (genomförs var 24:e månad)

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7739-352024 H GT Con o LösLastB (Handbok grundtillsyn för container och övriga lösa lastbärare).

Vid egenkontroll av containrar med integrerad rullflaksram ska M7782-019331 MVSCHG RULLFLAKSRAM, samt M7782-019381 MVSCH SJÖKL CONT användas.

Protokoll över gjorda iakttagelser ska upprättas och utgöra underlag för reparationsbeställning.

Datum, plats och signatur för utförd Grundtillsyn (Statusbedömning/Egenkontroll) redovisas på bevakningskort i kontrollboken och i gällande underhållsdatabasystem (LIFT/PRIO).

Kontrollmärke för genomförd och godkänd Grundtillsyn (Statusbedömning/Egenkontroll) anslås på märkskylt.

Vid långtidförvaring/förrådsställning (längre än 12 månader) ska en fullständig grundtillsyn genomföras (GT1 och GT2).

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

Allmänt gäller att kontroll ska göras beträffande skador, fastsättning och funktion.

Innan grundtillsynen genomförs ska containern vara rengjord invändigt och utvändigt. Daglig och särskild tillsyn ska vara gjord.

Containern är utrustad med fast monterad avfuktare som ska genomgå årlig grundtillsyn, enligt särskilt grundtillsynsschema för Avfuktningssats 1 Cont/S, i tillämpliga delar.

Vid grundtillsynen ska strömuttag för 3 x 400 V finnas tillgängligt.

Lämplig lyft- och hanteringsutrustning samt pallbockar för containern ska finnas tillgängliga.

Övrig utrustning som krävs för grundtillsynen finns beskrivet i anvisningarna för grundtillsynen i reparationsboken.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

Sk	=	Säkerhetskontroll
Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs var 12:e månad)
Gt 2	=	Egenkontroll (utförs var 24:e månad)
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utför Gt 1 och Gt 2
Pos	=	Positionsnummer
Se Rbok	=	Se anvisningar i Reparationsbok

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-453011	IBOK SUPCO20 HKP MV
M7787-401431	RBOK SUPCO20 HKP MV
M7782-453912	MVSCHDS SUPCO20 HKP
M7782-453914	SMSCH SUPCO20 HKP
M7782-019331	MVSCHG RULLFLAKSRAM
M2875-816011	BLODBANKSKYL /T
M7782-019381	MVSCHG SJÖKL CONT
M7782-020451	MVSCHG AVFUKN 1 CO

Allmänt

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1			
X	1	X	Kontrollbok med flikregister och innehåll enligt tillbehörslista		Befintlighet, rätt utgåva, identifiering
X	2	X	Skyltar	0.1	Befintlighet, läsbarhet.

Egenkontroll

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		2			
X	3	X	Utför Egenkontroll		Enligt MVSCHG RULLFLAKSRAM M7782-019331, MVSCHG SJÖKL CONT M7782-019381

Rullflaksram

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1			
X	3	X	Rambalkar, lyftbygel		Sprickor, intryckningsskador, deformation
X	4	X	Låstappar, låsöppningar		Sprickor, intryckningsskador, deformation
X	5	X	Gaffeltunnlar		Sprickor, intryckningsskador, deformation
X	6	X	Stödrullar	0.9	
X	7	X	Hydraulsystem; hydraulpump, hydraulcylindrar, rör	0.8	Läckning

Utvändigt, hela containern

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1			
	8	X	Container		Deformering, intrycksskador
X	9	X	Containerhorn		Sprickor, deformation
	10	X	Väggar, tak, halkskydd	0.2	Delaminering
X	11	X	Dörrar, tätningar, lås	0.3	
X	13	X	Överspänningsskydd	0.4	Utlösta moduler
	14	X	Intag torrluft och hygrostatkabel		Tätning
	15	X	Skåp på främre gavel		Vattenavrinningshål

Invändigt, hela containern

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1			
X	16	X	Skyltar	0.1	Befintlighet, läsbarhet.
X	18	X	Spanjolettlås	0.5	
X	19	X	Efterlysande list, takarmatur	0.6	
X	20	X	Lastsäkringsutrustning, (bärskenor, låsbommar, lastöglor)		Befintlighet, skador, fastsättning
X	21	X	Skåp, hyllsystem		
X	22	X	Elsystem, komponenter		
	23	X	Avfuktningssats 1 Cont/S		Grundtillsyn enligt MVSCHG M7782-020451

Blodbankskyl

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1			
	24	X	Kalibrering		Enligt M2875-816011 BLODBANKSKYL /T
	25	X	Blodbankskyl		Skador, fastsättning

Laboratoriekyl

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1			
	26	X	Batteri		Kontroll batteristatus
	27	X	Kompressor		Rengöring

Smörjning

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1			
X	28	X	Smörjning		Utförs enligt smörjschema